Airbufo® Forspiro®

Bedienungsanleitung*

* Details zur Anwendung von Airbufo® Forspiro® 160 µg/4,5 µg bzw. 320 µg/9 µg einzeldosiertes Pulver zur Inhalation entnehmen Sie bitte der Gebrauchsinformation.

HEXAL

A Sandoz Brand

Airbufo® Forspiro®

Richtig inhalieren in 3 Schritten*

1

Öffnen

- Halten Sie den Inhalator wie auf den Abbildungen in der Gebrauchsinformation in Ihren Händen.
- Öffnen Sie die Schutzkappe durch Umklappen nach unten.

2

Spannen

- Durch Klappen des Randstücks nach oben und Umlegen des weißen Hebels bis zum Anschlag den Inhalator spannen, bis ein Klicken zu hören ist.
- Anschließend den weißen Hebel in die Ausgangsposition zurückklappen, bis dieser hörbar einrastet.

Inhalieren

- Langsam und entspannt so weit wie möglich ausatmen, nicht in den Inhalator.
- Mundstück gerade mit der Schutzkappe nach unten mit den Lippen fest umschließen und gleichmäßig und tief einatmen (nicht durch die Nase).
- Danach Mundstück aus dem Mund nehmen und den Atem für etwa 5–10 Sekunden anhalten.
- Langsam ausatmen, jedoch nicht in den Inhalator.
- Schutzkappe schließen.
- Mund mit Wasser ausspülen und dieses ausspucken.

Dosiskontrolle durch transparentes Sichtfenster



- **Zusätzliche Tagesdosiskontrolle zum Dosiszähler:** Durch Abtrennen der Folienstreifen am Ende eines Tages kann kontrolliert werden, ob die verordnete Anzahl an Inhalationen eingenommen wurde.#
- **Sichtkontrolle:** Pulverreste im Seitenfach sind ein Hinweis auf eine fehlerhafte Inhalation.
- Neben dem Dosiszähler vermitteln das Klickgeräusch beim Bewegen des weißen Hebels sowie die Weiterbewegung des Folienstreifens im Seitenfach zusätzliche Sicherheit über die Verfügbarkeit einer neuen Dosis.

* Details zur Anwendung von Airbufo® Forspiro® 160 µg/4,5 µg bzw. 320µg/9 µg einzeldosiertes Pulver zur Inhalation entnehmen Sie bitte der Gebrauchsinformation.
# Verbrauchte Folienstreifen erscheinen nach fünf inhalierten Dosen im transparenten Seitenfach.

HEXAL
A Sandoz Brand

Airbufo® Forspiro®

So ist der Inhalator aufgebaut

Mundstück
mit Lufteinlässen
an beiden Seiten

Übersichtlicher Dosiszähler
mit Farbwechsel
(≤ 10 verbleibende
Inhalationen)

Dosisbereitstellung
durch Bewegung
des weißen Hebels
(akustische Kontrolle
durch Klickgeräusch)

Bedienung mit
Dosiskontrolle durch
transparentes Sichtfenster



Klimaneutral
Druckprodukt
ClimatePartner.com/53093-2109-1026

MIX
Papier
FSC® C014255

MLR-174141-12/2021 49043114

Hexal AG
Industriestraße 25
83607 Holzkirchen
Stand: Dezember 2021

www.hexal.de